

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4” КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ**

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі тест-смужок для визначення глюкози в крові за ДК 021:2015, код 33120000-7 «Система реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія : *Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги №4” Криворізької міської ради; код за ЄДРПОУ- 37862114; категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади*

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) : *Тест-смужки для визначення глюкози в крові за ДК 021:2015, код 33120000-7 «Система реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»*

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі : відкриті торги: UA-2022-01-24-001678-c

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 375360,00 грн. *Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та інформації про аналогічні закупівлі розміщені на сайті <https://prozorro.gov.ua>*

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Якісні та кількісні характеристики заявленої кількості визначені з урахуванням реальної потреби підприємства та оптимального співвідношення цін та якості.

Перелік товару / продукції , наведений нижче :

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Одиниці виміру	Кількість
1	Тест-смужки для визначення глюкози в крові GluNEO № 50 (або еквівалент) (НК 024:2019 код 62538 «Система моніторингу глюкози ІВД, пункт надання допомоги») Тест-смужки для визначення глюкози в крові використовуються разом з глюкометром GluNEO для вимірювання рівня глюкози в крові. Система контролю рівня глюкози в крові відкалібрована по плазмі крові (результати еквівалентні плазмі крові) з метою порівняння результатів з лабораторним методом. Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові призначені для проведення досліджень поза межами організму. Технічні характеристики: Тип зразка крові – капілярна та / або венозна цільна кров. Об’єм зразка – не більше 0,5 мкл. Діапазон визначення – 1,1 – 33,3 ммоль/л (20-600мг/дл). Час визначення – 5 сек. Калібрація – плазма-еквівалентна. Гаметокрит 20-65% Тест-смужка повинна використовувати фермент ФАД дегідрогенази глюкози (ФАД-ДГГ), що повинно підтверджуватися інструкцією щодо застосування	уп.	180

	<p>тест-смужок або глюкометра. Тест смужки GluNEO (або еквівалент) сумісні тільки з глюкометром GluNEO Термін придатності медичного виробу на момент поставки повинен становити не менше 15 (п'ятнадцять) місяців або не менше 75 (сімдесят п'ять) % від загального терміну придатності.</p>		
2	<p>Тест-смужки GluNeo® Lite №50 (або еквівалент) (НК 024:2019 код 62538 «Система моніторингу глюкози ІВД, пункт надання допомоги») Тест-смужки для визначення глюкози в крові використовуються разом з глюкометром GluNEO® Lite №50 для вимірювання рівня глюкози в крові. Система контролю рівня глюкози в крові відкалібрована по плазмі крові (результати еквівалентні плазмі крові) з метою порівняння результатів з лабораторним методом. Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові призначені для проведення досліджень поза межами організму. Технічні характеристики: Тип зразка крові – капілярна та / або венозна цільна кров. Об'єм зразка – не більше 0,5 мкл. Діапазон визначення – 1,1 – 33,3 ммоль/л (20-600мг/дл). Час визначення – 5 сек. Калібрація – плазма-еквівалентна. Гаметокрит 20-65 % Тест-смужка повинна використовувати фермент ФАД дегідрогенази глюкози (ФАД-ДГГ), що повинно підтверджуватися інструкцією щодо застосування тест-смужок або глюкометра. Тест смужки GluNEO® Lite №50 (або еквівалент) сумісні тільки з глюкометром GluNEO® Lite №50 Термін придатності медичного виробу на момент поставки повинен становити не менше 15 (п'ятнадцять) місяців або не менше 75 (сімдесят п'ять) % від загального терміну придатності.</p>	уп.	200