

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4” КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ**

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі виробів медичного призначення (Мікроювета гемоглобінова Немо Control Hemoglobin Microcuvettes №50, Пристрій для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів, FlowMIR ТУРБИНА ОДНОРАЗОВА З МУНДШТУКОМ ДЛЯ СПИРОМЕТРА Mirspirobank II, Халат одноразовий, Шапочка одноразова, аптечка водія, Пробірка типу Епіндорф 2 мл.з кришкою) за ДК 021:2015, код 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні»

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія : *Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги №4” Криворізької міської ради; код за ЄДРПОУ- 37862114; категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади*

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) : *вироби медичного призначення (Мікроювета гемоглобінова Немо Control Hemoglobin Microcuvettes №50, Пристрій для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів, FlowMIR ТУРБИНА ОДНОРАЗОВА З МУНДШТУКОМ ДЛЯ СПИРОМЕТРА Mirspirobank II, Халат одноразовий, Шапочка одноразова, аптечка водія, Пробірка типу Епіндорф 2 мл.з кришкою) за ДК 021:2015, код 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні»*

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі : відкриті торги: UA-2022-02-23-000119-c

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 182 800,00 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та інформації про аналогічні закупівлі розміщені на сайті <https://prozorro.gov.ua>

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Якісні та кількісні характеристики заявленої кількості визначені з урахуванням реальної потреби підприємства та оптимального співвідношення цін та якості.

Перелік товару / продукції , наведений нижче :

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Одиниці виміру	Кількість
1	Мікроювета гемоглобінова Немо Control Hemoglobin Microcuvettes № 50 (НК 024:2019 код 30535 «Набір реагентів для визначення гемоглобіну») Код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні Мікроювети повинні бути сумісні з аналізатором вимірювання рівня гемоглобіну "Немо-control". Мікроювети призначені тільки для одноразового використання. Мікроювети повинні бути оброблені реагентами для визначення концентрації гемоглобіну. Об'єм мікроювети не більше 10 мкл. Стабільність проби в мікроюветі не менше 9 хв. Розміри (Д х Ш х В) приблизно 35 мм х 24 мм х4 мм.	Уп.	30
2	Пристрій для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів (НК 024:2019 код 17701 «Набір для внутрішньовенного введення з голкою з бічним отвором»)	Шт..	200

	<p>Код ДК 021:2015: 33194100-7 Прилади та інструменти для вливання розчинів Повинна використовуватись для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів. Повинна мати довжину трубки – не менше 1450 мм. Повинна мати тип з'єднання Luer lock (Луер локк). Повинна мати роликотий регулятор швидкості потоку. Повинна мати металеву голку, розміром не менше 0,8*38мм. Повинна мати повітровід, що складається з металевої голки та повітряного клапана виготовлено з металу та поліпропілену Повинна бути трубка системи виготовлена з полівінілхлориду. Не повинна містити латекс. Повинна мати гумовий перехідник між трубкою та ін'єкційною голкою. Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною в індивідуальному пакуванні. Повинна бути для одноразового використання.</p>		
3	<p>Турбіни для спірометра MIR Spirobank II СТОВ "MIDA" (або еквівалент) (НК 024:2019 код 60506 «Набір пристроїв для перевірки функції легень» Код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні Кожна турбіна повинна бути відкалібрована за допомогою комп'ютеризованої системи і індивідуально упакована з паперовим мундштуком. Параметри турбіни: Точність за обсягом: +/- 3% of 50 mL Точність по потоку: +/- 5% of 200 mL / s Внутрішній діаметр – 30 мм. Одноразова турбіна сумісна з спірометрами Spirobank II. Пакування – індивідуальне. Строк придатності не менше 80% від дати вказаної виробником на пакуванні.</p>	Шт..	60
4	<p>Пробірка типу Еппендорф 2 мл. з кришкою (НК 024:2019: 46237 — Нестерильна пробірка) Код ДК 021:2015: 33192500-7 Пробірки. Поліпропіленові пробірки з кришкою і замком, автоклавуються в стандартному режимі - 1 атм, 110 °С. Нестерильні, циліндричні з кришкою. Об'єм – 2 мл., діаметр – 10,3 мм., висота – 40,5 мм., град – 0,5 мл.</p>	шт	7000
5	<p>Шапочка з нетканого матеріалу (типу берет) (НК 024:2019 код 32297 "Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна") ДК 021:2015 код 33199000-1 «Одяг для медичного персоналу») Нестерильні покриття для голови для захистувід попадання мікроорганізмів, біологічних рідин і твердих частинок. Зазвичай виготовляється з нетканних матеріалів. Виріб одноразового використання.</p>	шт.	1560
6	<p>Халат одноразовий, (НК 024: 2019 код 35492 «Халат ізолюючий, одноразового застосування») ДК 021:2015 код 33199000-1 «Одяг для медичного персоналу») халат ізоляційний, медичний з непромокальною робочою поверхнею, розмір XL, СП 30г/м2+ламінований СП 45 г/м2, нестерильний, одноразового використання) М'який та легкий, з проклеєними швами, з трикотажними манжетами на рукавах або петлею для пальців, антистатичною обробкою, забезпечує поєднання з іншими типами ЗІЗ. Водостійкий. З довгими рукавами та довжиною до середини литок. З ремінцями, що фіксуються на талії та шиї. Документ про відповідність ДСТУ EN 14126:2008 та/або EN 14126:2003</p>	Шт..	3290
7	<p>Аптечка водія АМА - 1 (НК 024:2019: 43000-Багаторазовий набір для першої медичної допомоги, що не містить лікарських засобів) Код ДК 021:2015: 33196000-0 «Аптечки першої медичної допомоги» Комплектація Аптечки: Засоби для зупинки кровотечі, накладання пов'язок у разі травм: Джгут для зупинення кровотечі – 1 шт Бинт еластичний 5м x 10см – 1 шт Бинт марлевий стерильний 5м x 10см - 2 шт Бинт марлевий стерильний 7м x 14см - 1 шт Бинт марлевий нестерильний 5м x 5см – 1 шт</p>	Шт.	10

<p>Бинт марлевий нестерильний 7м x14см – 1 шт Серветки з хлоргексидином 6см x10см – 2 шт Серветки кровоспинні з фурагіном 6см x10см – 2 шт Серветки стерильні 6см x10см – 6 шт Пакет перев'язувальний стерильний – 1 шт Додаткові засоби: Ножиці парамедичні 19 см – 1 шт Засоби для накладання пов'язок у разі травм: Косинка медична перев'язувальна з будь-якої тканини 50см x 50см – 1 шт Гелева пов'язка у разі опіків – 1 шт Додаткові засоби: Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легенів – 1 шт Рукавички медичні №8 з поліетилену, комплект – 1 шт Термоковдра 160см x 210см – 1 шт Пінцет анатомічний – 1 шт Булавки англійські – 2 шт Інструкція з користування з рекомендаціями щодо користування засобами – 1 шт Сертифікат якості – 1 шт Фугляр – 1 шт.</p>		
---	--	--