

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4” КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ**

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі **вироби медичного призначення (тест-смужки діагностичні для аналізу сечі) за ДК 021:2015, код 33120000-7 «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія : *Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги №4” Криворізької міської ради; код за ЄДРПОУ- 37862114; категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади*

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) : *вироби медичного призначення (тест-смужки діагностичні для аналізу сечі) за ДК 021:2015, код 33120000-7 «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»*

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі : відкриті торги: [UA-2023-03-17-006445-a](https://prozorro.gov.ua)

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 96410,00 грн. *Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних ринку, загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та інформації про аналогічні закупівлі розміщені на сайті <https://prozorro.gov.ua>*

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Якісні та кількісні характеристики заявленої кількості визначені з урахуванням реальної потреби підприємства та оптимального співвідношення цін та якості.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Одиниці виміру	Кількість
1	Тест-смужки діагностичні для аналізу сечі CITOLAB 10M №100 (або еквівалент) ДК 021:2015, код 33124131-2 Індикаторні смужки (НК 024:2019 код 54514 «Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-наліз) Тест-смужки забезпечують швидке напівкількісне визначення 10 показників у сечі. Тривалість проведення аналізу - 1 – 2 хв. Порогові рівні речовин: Білок - 10-15 мг/дл. Глюкоза - 50 мг/дл. Кетони - 5 мг/дл. Уробіліноген - 1 од. Ерліха/дл. Білірубін - 0,5 мг/дл. Питома вага - Від 1,000 до 1,030 з кроком 0,005	уп.	150

<p>Кров - 10 Ер/мкл. рН - Від 5 до 9 з точністю до 1 одиниці. Лейкоцити - 20-25 Лей/мкл Нітриди - 0,05 мг/дл нітрит іонів Термін придатності тестів 24 місяці при зберіганні смужок в контейнері Після відкриття контейнеру смужки стабільні протягом 6 місяців В наявності є компенсаторна зона, яка слугує маркером придатності для роботи з аналізатором. Використовується виключно з аналізатором сечі CITOLAB READER 300</p>		
---	--	--